

令和7年1月8日

プロポーザル参加申込者 殿

地方独立行政法人 那覇市立病院
理事長 外間 浩

麻酔・重症系システム更新事業 企画提案書に係る質問事項について
(回答)

	質問	回答
1	クライアント端末においての記述がないが、すべて病院様調達端末への相乗り想定で良いか。	相乗りでお願いします。
2	ICU：12床、NICU：8床、GCU：12床、HCU：16床、ER：12床、循環器：47床分のモニターメーカー様のご教示をお願いします。	現状、HCU 除く部門は日本光電さんのモニターを利用しています。新病院は、未定です。
3	共通バックアップストレージにはどのような情報が提供されるか	機種は TeraStation TS71210RH シリーズ 12 ドライブ 120TB であり、電子カルテ以外のシステム共通で使用しています。
4	院内のネットワーク通信速度はを教えてください。	新病院では幹線 40GB、各フロア配下は 1GB です。既存病院は幹線 10GB、各フロア配下は 1GB です。
5	システム（OR/ICU/NICU）毎にバックアップサーバは用意されるのか。	ご指定頂いた仮想サーバー合計容量を確保し、使用出来るようにします。
6	Oracle 専用サーバは弊社調達か。	サーバの調達は国際システムへ依頼をお願いします。