

移転業務 回答書

番号	質問	回答
1	移転対象物品の(ア)医療機器の内、移転対象物品の範囲から除くものとは、具体的に物品リスト等に記載があるか。	別紙を追加して、個別にメールにてお渡しする。
2	現地下見は可能か。移転に際し、車両使用可否、立地条件、搬出入口等を確認したいため。	令和7年2月12日(水)から2月27日(木)の間に入札参加者同時に行う予定。 参加人数は、1社あたり館内用2名、外構用1名を予定している。 細かい日時の案内は、一般競争入札参加資格確認申請書の回答時を予定している。
3	患者移送に関して、搬送車両の手配は委託者側・受託者側どちらか。	本契約には含まず、別途協議とする。
4	P3_1_(2)_ア 敷設した養生は10/1患者移送前日までに病棟フロア撤去可能でよいか	撤去で良い。
5	P3_1_(2)_イ 養生一時的に撤去とあるが、どの程度のエリアを想定か教示ください	内覧会のルートは、一時的撤去を考えている。ルートについては検討中だが、他院と同等で考えている。
6	P4_1_(5)_ (イ) 床面より高さ約1,800mmまでの範囲をプラダンパネルにて保護とあるが、高さ900mmの段ボール素材でよいか	高さ900mmの段ボール素材で良い。
7	P4_1_(5)_ウ_(イ) エレベーター内は床面より天井までの範囲をプラダンパネルで全面養生とあるが、トライウォール(強化ダンボール仕様)でよいか	トライウォールで良い。
8	P5_1_(7)_ウ 受託者の責任において修理を行い費用を負担すること、とあるが受託者が行う作業上の過失があった場合のみとするでよいか	受託者が行う作業上の過失があった場合のみとする。
9	P5_2_(2)_ア 当該期間外の物品の移転とあるが、対象部門、どの程度の物量をいつ頃移転するか等の想定を教示ください	現時点で当該期間外の移転は無い。
10	P9_3 患者搬送は既存・新棟建物を結ぶ渡り廊下使用の想定でよいか	既存・新棟を結ぶ渡り廊下は無い。 ただ、既存・新棟の正面玄関同士は高低差があるので、スロープを設置予定。 その他いくつかの入場口を検討している。
11	P9_3 患者搬送業務に係る費用は受託者の負担とする、とあるが搬送用民間車両を使用する業務は旅客業に該当する為、別途契約締結でよいか	近隣医療機関から搬送車両を借り受け、敷地内での患者搬送を原則と考えている。 患者搬送において、一般道の走行は想定していない。 詳しくは、別途協議とする。
12	P9_3_(1)_キ 患者手荷物、病室の備品の搬送に使用する容器の供給とは、何を想定しているのか教示ください	搬送時に紛失・盗難の対策となる容器の提案を求める。
13	P14_2 移設業務に係る賠償損害保険料での運送品価格をご教示ください(概ね価格)また本件落札した場合には高額品(100万円以上)の物品名明細を教示ください	受託者と別途協議とする。

移転業務 回答書

14	P3_1_(2) 養生敷設に要する期間は4～5日程度想定されるが、その間新規購入品等の搬入作業は想定なしでよいか	搬入業者については、養生敷設後の入館を許可する。ただし、養生完了エリアから入館を許可する可能性もある。
15	P11_4_(1) 購入品搬入期間（日数）はどの程度か、また土日祝日は対象外でよいか	令和7年9月中旬頃に内覧会を予定しているため、それまでに大物は全て搬入している予定。 基本、土日祝日は対象外だが、何らかの理由で搬入が遅れた場合の相談は、発生する可能性がある。
16	移設対象品レントゲンフィルムは対象外でよいか（対象の場合fm等の数量を教示ください）	現病院で全て廃棄を予定している。
17	移設対象物品ドライアイス、代替フリーザーの準備は不要でよいか 必要な場合は、分量、フリーザー温度帯・台数・期間を教示ください	代替フリーザーの準備は不要。ドライアイスは移転直前の低温保存の必要なものの状況での判断となるが、必要だと判断されるものは受託者が準備すること。期間については、委託者と受託者との今後の移転スケジュールの調整も含め協議とする。
18	仕様書内容別紙1～4はいつ提供されるのか教示ください	資料提供依頼書兼誓約書受領後、申し出を行った方にはメールにて提供している。
19	移設対象物品 別紙4.移転物品リストの医療機器等の内容確認後、移転業者かメーカーによる移設か別途協議を行うでよいか	別途協議の対応とする。
20	P3_1_(4)_ウ 新規購入品搬入・移転で使用する養生が必要なエレベーター基数を教示ください	別紙3で示している通り5基。