

1. 基本構成

1. 滅菌コンテナ 一式

1-1.	フルサイズボックス深型	3式
1-2.	フルサイズボックス中型	17式
1-3.	フルサイズボックス浅型	5式
1-4.	フルサイズ蓋	25式
1-5.	フルサイズパンチングバスケット深型	5式
1-6.	フルサイズパンチングバスケット中型	34式
1-7.	フルサイズワイヤーバスケット中型	3式
1-8.	ミドルサイズボックス中型	20式
1-9.	ミドルサイズボックス浅型	21式
1-10.	ミドルサイズ蓋	41式
1-11.	ミドルサイズパンチングバスケット深型	16式
1-12.	ミドルサイズパンチングバスケット中型	39式
1-13.	ミドルサイズパンチングバスケット浅型	3式
1-14.	ハーフサイズボックス深型	4式
1-15.	ハーフサイズボックス中型	5式
1-16.	ハーフサイズボックス浅型	29式
1-17.	ハーフサイズ蓋	38式
1-18.	ハーフサイズパンチングバスケット深型	22式
1-19.	ハーフサイズパンチングバスケット中型	19式
1-20.	ハーフサイズパンチングバスケット浅型	4式
1-21.	内視鏡用ラック	3式
1-22.	誤開封用シール	3式
1-23.	ペーパーインジケータラベル	2式

2. 基本仕様

(性能・機能に関する要件)

1. 滅菌コンテナシステム 一式は、以下の要件を満たすこと。

1-1. フルサイズボックス深型は、以下の要件を満たすこと。

1-1-1. 外形寸法は、600×272×190mmであること。

1-1-2. 両側に搬送用のハンドルがあり、持ちやすいよう長さが210mm以上で、彎曲され、樹脂で覆われていること。

1-1-3. 側面に金属製IDラベル50×18mmを4枚、工具無しで装着できること。

1-1-4. 材質は、アルミであること。

1-2. フルサイズボックス中型は、以下の要件を満たすこと。

1-2-1. 外形寸法は、600×272×138mmであること。

1-2-2. 両側に搬送用のハンドルがあり、持ちやすいよう長さが210mm以上で、彎曲され、樹脂で覆われていること。

1-2-3. 側面に金属製IDラベル50×18mmを4枚、工具無しで装着できること。

1-2-4. 材質は、アルミであること。

1-3. フルサイズボックス浅型は、以下の要件を満たすこと。

1-3-1. 外形寸法は、600×272×100mmであること。

1-3-2. 両側に搬送用のハンドルがあり、持ちやすいよう長さが210mm以上で、彎曲され、樹脂で覆われていること。

1-3-3. 側面に金属製IDラベル50×18mmを4枚、工具無しで装着できること。

1-3-4. 材質は、アルミであること。

1-4. フルサイズ蓋は、以下の要件を満たすこと。

1-4-1. 外形寸法は、585×285mmであること。

1-4-2. フィルターユニットは、材質がPPSUで2枚のディスクから構成され螺旋構造を有すること。

1-4-3. フィルターユニットは、着脱が可能であること。

- 1-4-4. フィルターユニットに、ペーパー系のフィルターが非搭載であること。
- 1-4-5. フィルターユニットに、バルブが開閉する機構が非搭載であること。
- 1-4-6. ボックスとのロック機構は、開閉がし易いようにローラーが内蔵されていること。
- 1-4-7. 裏側に、ボルトが使用されていないこと。
- 1-4-8. 滅菌保存期間は、12ヶ月であること。
- 1-4-9. 材質は、フィルターユニットを除いた箇所はアルミであること。

1-5. フルサイズパンチングバスケット深型は、以下の要件を満たすこと。

- 1-5-1. 外形寸法は、540×253×80mmであること。
- 1-5-2. パンチング方式であること。

1-6. フルサイズパンチングバスケット中型は、以下の要件を満たすこと。

- 1-6-1. 外形寸法は、540×253×60mmであること。
- 1-6-2. パンチング方式であること。

1-7. フルサイズワイヤーバスケット中型は、以下の要件を満たすこと。

- 1-7-1. 外形寸法は、540×245×50mmであること。
- 1-7-2. ワイヤー方式であること。

1-8. ミドルサイズボックス中型は、以下の要件を満たすこと。

- 1-8-1. 外形寸法は、475×272×138mmであること。
- 1-8-2. 両側に搬送用のハンドルがあり、持ちやすいよう長さが210mm以上で、彎曲され、樹脂で覆われていること。
- 1-8-3. 側面に金属製IDラベル50×18mmを4枚、工具無しで装着できること。

1-8-4. 材質は、アルミであること。

1-9. ミドルサイズボックス浅型は、以下の要件を満たすこと。

1-9-1. 外形寸法は、475×272×100mmであること。

1-9-2. 両側に搬送用のハンドルがあり、持ちやすいよう長さが210mm以上で、彎曲され、樹脂で覆われていること。

1-9-3. 側面に金属製IDラベル50×18mmを4枚、工具無しで装着できること。

1-9-4. 材質は、アルミであること。

1-10. ミドルサイズ蓋は、以下の要件を満たすこと。

1-10-1. 外形寸法は、460×285mmであること。

1-10-2. フィルターユニットは、材質がPPSUで2枚のディスクから構成され螺旋構造を有すること。

1-10-3. フィルターユニットは、着脱が可能であること。

1-10-4. フィルターユニットに、ペーパー系のフィルターが非搭載であること。

1-10-5. フィルターユニットに、バルブが開閉する機構が非搭載であること。

1-10-6. ボックスとのロック機構は、開閉がし易いようにローラーが内蔵されていること。

1-10-7. 裏側に、ボルトが使用されていないこと。

1-10-8. 滅菌保存期間は、12ヶ月であること。

1-10-9. 材質は、フィルターユニットを除いた箇所はアルミであること。

1-11. ミドルサイズパンチングバスケット深型は、以下の要件を満たすこと。

1-11-1. 外形寸法は、405×253×80mmであること。

1-11-2. パンチング方式であること。

1-12. ミドルサイズパンチングバスケット中型は、以下の要件を満たすこと。

1-12-1. 外形寸法は、405×253×60mmであること。

1-12-2. パンチング方式であること。

1-13. ミドルサイズパンチングバスケット浅型は、以下の要件を満たすこと。

1-13-1. 外形寸法は、405×253×40mmであること。

1-13-2. パンチング方式であること。

1-14. ハーフサイズボックス深型は、以下の要件を満たすこと。

1-14-1. 外形寸法は、310×272×190mmであること。

1-14-2. 両側に搬送用のハンドルがあり、持ちやすいよう長さが210mm以上で、彎曲され、樹脂で覆われていること。

1-14-3. 側面に金属製IDラベル50×18mmを4枚、工具無しで装着できること。

1-14-4. 材質は、アルミであること。

1-15. ハーフサイズボックス中型は、以下の要件を満たすこと。

1-15-1. 外形寸法は、310×272×138mmであること。

1-15-2. 両側に搬送用のハンドルがあり、持ちやすいよう長さが210mm以上で、彎曲され、樹脂で覆われていること。

1-15-3. 側面に金属製IDラベル50×18mmを4枚、工具無しで装着できること。

1-15-4. 材質は、アルミであること。

1-16. ハーフサイズボックス浅型は、以下の要件を満たすこと。

1-16-1. 外形寸法は、310×272×100mmであること。

1-16-2. 両側に搬送用のハンドルがあり、持ちやすいよう長さが210mm以上で、彎曲され、樹脂で覆われていること。

1-16-3. 側面に金属製IDラベル50×18mmを4枚、工具無しで装着できること。

1-16-4. 材質は、アルミであること。

1-17. ハーフサイズ蓋は、以下の要件を満たすこと。

1-17-1. 外形寸法は、295×280mmであること。

1-17-2. フィルターユニットは、材質がPPSUで2枚のディスクから構成され螺旋構造を有すること。

1-17-3. フィルターユニットは、着脱が可能であること。

1-17-4. フィルターユニットに、ペーパー系のフィルターが非搭載であること。

1-17-5. フィルターユニットに、バルブが開閉する機構が非搭載であること。

1-17-6. ボックスとのロック機構は、開閉がし易いようにローラーが内蔵されていること。

1-17-7. 裏側に、ボルトが使用されていないこと。

1-17-8. 滅菌保存期間は、12ヶ月であること。

1-17-9. 材質は、フィルターユニットを除いた箇所はアルミであること。

1-18. ハーフサイズパンチングバスケット深型は、以下の要件を満たすこと。

1-18-1. 外形寸法は、244×253×80mmであること。

1-18-2. パンチング方式であること。

1-19. ハーフサイズパンチングバスケット中型は、以下の要件を満たすこと。

1-19-1. 外形寸法は、244×253×60mmであること。

1-19-2. パンチング方式であること。

1-20. ハーフサイズパンチングバスケット浅型は、以下の要件を満たすこと。

1-20-1. 外形寸法は、244×253×40mmであること。

1-20-2. パンチング方式であること。

1-21. 内視鏡用ラックは、以下の要件を満たすこと。

1-21-1. 外形寸法は、505×250×125mmであること。

1-21-2. 内視鏡の鉗子を収納できること。

1-22. 誤開封用シールは、以下の要件を満たすこと。

1-22-1. 青色であること。

1-22-2. 1箱に1000本入っていること。

1-22-3. 蓋からボックスのロックが外れた際に、シールが切断されること。

1-23. ペーパーインジケータラベルは、以下の要件を満たすこと。

1-23-1. 外形寸法は、69×35mmであること。

1-23-2. 1箱に1000枚入っていること。

1-23-3. インジケータが付いていること。

(性能、機能以外の要件)

2. 搬入・設置条件及び調整等に関しては、以下の要件を満たすこと。

2-1. 機器搬入及び据え付けにあたっては、スケジュール表を事前に提出し、当院担当者に承認を得るものとする。又、別途指示があった場合はその指示に従うこと。

2-2. 調達物品の設置にあたっては、当院の設置条件に照らし合わせて、電気（分電盤）容量、建築基準、消防法等関連法規に抵触しないよう予め確認すること。

2-3. 落札後、機器設置に際して一次側設備に変更・追加が必要な場合には、必要書類を速やかに提出するとともに、当院担当者、工事監督員、設計監理者及び施工業者との連携を密にし、機器設置（導入）に係わる必要事項について詳細な打ち合わせを行うこと。

- 2-4. 取り付け及び付帯など二次側工事については、落札業者の負担とする。
- 2-5. 搬入据付に際し、建物等に損害を与えた場合、或いは汚した場合は、速やかに当院担当者に報告し自己の責任において現状復帰、清掃を行いその承諾を得ること。
- 2-6. 搬入、据付、調整、テスト稼働については、診療業務に支障をきたさないよう落札業者が当院担当者と協議の上、その指示を受けること。
- 2-7. 機器搬入にあたっては、その搬入経路の壁・床等必要な個所の養生等を施すこと。又、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。

3. サービス体制・保守体制に関しては、以下の要件を満たすこと。

- 3-1. 本装置の円滑な運用を実現するための点検、調整および技術的サポートを行える体制を有すること。
- 3-2. 通常使用による故障については、納入後1年間は無償補償に応じること。
- 3-3. 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有することを証明すること。
- 3-4. 事故・問題が発生した場合は、当院へ速やかに報告し対応すること。

4. 導入に伴う稼働準備及び運用・教育体制に関しては、以下の要件を満たすこと。

- 4-1. 機器の納品検収後、当院関係職員に対して使用説明及び訓練を実施し、その技術を習得できるよう十分な指導をすること。
- 4-2. 機器稼働時に技術者を派遣立会いさせ、機器の稼働性能を確認するとともに病院関係職員の使用操作に対し随時指導することとし、その期間は状況により、当院担当者と協議すること。

5. その他

- 5-1. 納入期限内に当院が指定した場所に設置し、安定した稼働が可能であること。
- 5-2. 調達物品の規格、寸法等の仕様がわかるものを提出すること。
- 5-3. 調達物品の取扱については、当院関係職員に対して十分な説明を行うこと。
- 5-4. 日本語の取扱マニュアルを紙媒体または電子媒体にて提出すること。