

令和 7 年 7 月 4 日

質 問 疑 義 回 答 書

各事業者 様

地方独立行政法人那覇市立病院

理事長 外間 浩

(公 印 省 略)

「内視鏡・顕微鏡関連機器一式 購入」における制限付一般競争入札について、令和 7 年 7 月 2 日付けで入札に係る手続き及び仕様等に関する質問が寄せられましたので、以下のとおり回答します。

NO	質問項目	質問内容	回答内容
1	仕様書 1-9-3	この内容だとオリンパス社のスコープのみに絞られ、特約店のみ札入れが可能となります。削除、または変更可能でしょうか。	1-9-3 項目、削除します。
2	仕様書 1-9-4	同上	1-9-4 項目、削除します。
3	仕様書 1-9-9	同上	内視鏡室(計 4 部屋)にオリンパス製内視鏡システムを設置しており、4 部屋全ての内視鏡室で使用するため、変更なしとします。
4	仕様書 1-9-10	同上	現保有の洗浄履歴管理との親和性が高いため、変更なしとします。