

令和 7 年 7 月 29 日

質 問 疑 義 回 答 書

各事業者 様

地方独立行政法人那覇市立病院

理事長 外間 浩

(公 印 省 略)

「病棟生体情報モニタ関連機器 一式 購入」における制限付一般競争入札について、令和 7 年 7 月 28 日付けで入札に係る手続き及び仕様等に関する質問が寄せられましたので、以下のとおり回答します。

NO	質問項目	質問内容	回答内容
1	仕様について	本仕様書には、メーカー1 社特有の仕様が多数含まれており、弊社で提供可能な製品やサービスでは応札が難しい状況です。公平な入札機会の提供は、同事業にとって有益な結果につながると考えています。幅広い企業が対応できるよう、同等品での入札参加が可能な入札条件、仕様の見直しを希望します。何卒、よろしくお願い申し上げます。	急性期系と一般病棟系でメーカーを分けるという病院方針のもと、先だって急性期の重症系システムを A 社で決めたため、一般病棟については B 社とする。 また現状一般病棟の生体情報モニタは、2 メーカーが混在しております。 スタッフの異動、病棟間の応援等にも混乱なく対応でき、管理、運用上の効率化を図るため、一般病棟のメーカーは統一とする方針を立てております。より良い医療の提供をするため、ご理解いただければ幸いです。