

1. 基本構成

1. 薬品・診材保管関連機器 一式

1-1. カテーテル収納棚A	2台
1-2. カテーテル収納棚B	1台
1-3. アンギオセット棚	2台
1-4. ステンレス作業台	2台
1-5. レターケース（キャスタ付き）A	11台
1-6. レターケース（キャスタ付き）B	3台
1-7. レターケース（キャスタ付き）C	1台
1-8. レターケース（キャスタ付き）D	1台
1-9. レターケース（キャスタ付き）E	1台
1-10. 回収カート（小）	2台
1-11. 回収カート（大）	1台
1-12. 救急カートA	4台
1-13. 救急カートB	11台
1-14. 救急カートC	1台
1-15. 材料カート	1台
1-16. 材料カート（小）	2台
1-17. 材料カート（大）	8台
1-18. 診療材料棚A	3台
1-19. 診療材料棚B	3台
1-20. 診療材料棚C	2台
1-21. 診療材料棚D	18台
1-22. 診療材料棚E	21台
1-23. 診療材料棚F	2台
1-24. 診療材料棚（薬品庫付き）A	6台
1-25. 診療材料棚（薬品庫付き）B	5台
1-26. 注射薬カート（36床用）	2台
1-27. 点滴作業台A	1台

1-28.	点滴作業台B	1台
1-29.	点滴作業台C	1台
1-30.	点滴作業台D	1台
1-31.	点滴作業台E	1台
1-32.	点滴作業台F	1台
1-33.	点滴作業台G	1台
1-34.	点滴作業台H	1台
1-35.	点滴作業台I	5台
1-36.	不潔コンテナ回収カート	1台
1-37.	麻酔カートA	10台
1-38.	麻酔カートB	1台
1-39.	麻酔用トレーカート	1台
1-40.	滅菌コンテナラックA	2台
1-41.	滅菌コンテナラックB	1台
1-42.	滅菌器材収納棚A	2台
1-43.	滅菌物用収納棚B	1台
1-44.	滅菌物用収納棚C	1台
1-45.	滅菌物用収納棚D	1台
1-46.	滅菌物用搬送カート	3台
1-47.	薬カート	2台
1-48.	薬品棚A	1台
1-49.	薬品棚B	1台
1-50.	薬品棚C	1台
1-51.	薬品庫（金庫付き）	1台

2. 基本仕様

(性能・機能に関する要件)

1.	薬用診材保管関連機器 一式は、以下の要件を満たすこと。
1-1.	カテーテル収納棚Aは、以下の要件を満たすこと。
1-1-1.	キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。
1-1-1-1.	本体の外形寸法は、幅700mm×奥行650mm×高さ2450mm以内であること。
1-1-1-2.	本体は、上部に幅700mm×奥行650mm×高さ700mm以内の観音扉付きのキャビネットと、幅700mm×奥行650mm×高さ1800mm以内のシャッター付きキャビネットで構成されていること。
1-1-1-3.	本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
1-1-1-4.	本体の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
1-1-1-5.	観音扉の材質は、パネルはアルミ複合板、枠はアルミニウムであること。
1-1-1-6.	観音扉の枠の内側には、パッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
1-1-1-7.	シャッターの鍵の施錠状況は、インジゲーターの色で判別可能であること。
1-1-2.	カテーテル用ハンガー付棚板は、以下の要件を満たすこと。
1-1-2-1.	カテーテル用ハンガー付き棚板のサイズは、幅610mm×奥行400mm×高さ160mm以内（フックを含む）であること。
1-1-2-2.	カテーテル用フックは、1列当たり5個以上、合計25個以上あること。
1-1-2-3.	カテーテル用フックは、スライドして手前に出てくること。
1-1-2-4.	棚板の材質は、パーティクルボードであること。
1-2.	カテーテル収納棚Bは、以下の要件を満たすこと。
1-2-1.	キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。
1-2-1-1.	本体の外形寸法は、幅700mm×奥行650mm×高さ2450mm以内であること。

- 1-2-1-2. 本体は、上部に幅700mm×奥行650mm×高さ700mm以内の観音扉付きのキャビネットと幅700mm×奥行650mm×高さ1800mm以内のシャッター付きキャビネットで構成されていること。
- 1-2-1-3. 本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
- 1-2-1-4. 本体の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-2-1-5. 観音扉の材質は、パネルはアルミ複合板、枠はアルミニウムであること。
- 1-2-1-6. 観音扉の枠の内側には、パッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
- 1-2-1-7. シャッターの鍵の施錠状況は、インジゲーターの色で判別可能であること。

1-2-2. 棚板・トレイは、以下の要件を満たすこと。

- 1-2-2-1. カテーター用ハンガー付き棚板のサイズは、幅610mm×奥行400mm×高さ160mm以内（フックを含む）であること。
- 1-2-2-2. トレイの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-2-2-3. カテーター用フックは、1列当たり5個以上、合計25個以上あること。
- 1-2-2-4. カテーター用フックは、スライドして手前に出てくること。
- 1-2-2-5. 棚板の材質は、パーティクルボードであること。
- 1-2-2-6. トレイの深さは、3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること。
- 1-2-2-7. トレイの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-2-2-8. トレイには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-2-2-9. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質は、ABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-2-2-10. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-3. アンギオセット棚は、以下の要件を満たすこと。

1-3-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-3-1-1. 本体の外形寸法は幅700mm×奥行650mm×高さ2450mm以内であること。

- 1-3-1-2. 本体は、上部に幅700mm×奥行650mm×高さ700mm以内の観音扉付きのキャビネットと幅700mm×奥行650mm×高さ1800mm以内のシャッター付きキャビネットで構成されていること。
- 1-3-1-3. 本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
- 1-3-1-4. 本体の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-3-1-5. 観音扉の材質は、パネルはアルミ複合板、枠はアルミニウムであること。
- 1-3-1-6. 観音扉の枠の内側には、パッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
- 1-3-1-7. シャッターの鍵の施錠状況は、インジゲーターの色で判別可能であること。

1-3-2. 棚板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-3-2-1. 棚板のサイズは、幅630mm×奥行500mm×高さ15mm以内であること。
- 1-3-2-2. 棚板の材質は、パーティクルボードであること。
- 1-3-2-3. シャッター付きキャビネットの中では、棚板の位置が変えられること。

1-3-3. トレーは、以下の要件を満たすこと。

- 1-3-3-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-3-3-2. トレーの深さは、3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること。
- 1-3-3-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-3-3-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-3-3-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質は、ABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-3-3-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-4. ステンレス作業台は、以下の要件を満たすこと。

1-4-1. 作業台本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-4-1-1. 本体の外形寸法は幅1900mm×奥行1200mm×高さ900mm以内であること。

- 1-4-1-2. キャスターの直径は75mm以上で、全輪ともストッパー付きであること。
- 1-4-1-3. 本体の主な材質は、ステンレス（SUS304）であること。
- 1-4-1-4. 作業台本体は、天板下部に、IS03394規格のトレーが入ったカートが収納できること。

1-4-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-4-2-1. カートの外形寸法は、幅760mm×奥行500mm×高さ790mm以内であること。
- 1-4-2-2. キャスターの直径は75mm以上で、全輪ともストッパー付きであること。
- 1-4-2-3. 本体の主な材質は、ステンレス（SUS304）であること。
- 1-4-2-4. カート本体には、IS03394規格のトレーが収納できること。
- 1-4-2-5. バスケットを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-4-2-6. バスケットを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。

1-4-3. トレーは、以下の要件を満たすこと。

- 1-4-3-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-4-3-2. トレーの深さは、3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること。
- 1-4-3-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有
- 1-4-3-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-4-3-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質は、ABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-4-3-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-5. レターケース（キャスタ付き）Aは、以下の要件を満たすこと。

1-5-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-5-1-1. カート本体の外形寸法は、幅300mm×奥行410mm×高さ800mm以内であること。

- 1-5-1-2. カート本体の主な材質は、プラスチック製であること。
- 1-5-1-3. キャスターの直径は50mm以上であること。
- 1-5-1-4. 引き出し用外枠には、引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
- 1-5-1-5. 外枠には連結用の溝が付いており、納入後も自由に引き出しの構成変更が出来ること。
- 1-5-1-6. 本体内部は同じサイズの引き出しであれば収納位置を自由に移動・調整できること。

1-5-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-5-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅250mm×幅350mm×高さ40mm以内×6枚、幅250mm×奥行350mm×60mm以内×6枚であること。
- 1-5-2-2. 引き出しの深さは、2種類以上が用意できること。
- 1-5-2-3. 引き出しの色は透明、アンバーなど少なくとも2色以上有していること。
- 1-5-2-4. 透明、アンバー各色の材質は軽量で電気絶縁性が高いスチロール樹脂であること。

1-6. レターケース（キャスタ付き）Bは、以下の要件を満たすこと。

1-6-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-6-1-1. カート本体の外形寸法は、幅550mm×奥行410mm×高さ800mm以内であること。
- 1-6-1-2. カート本体の主な材質は、プラスチック製であること。
- 1-6-1-3. キャスターの直径は50mm以上で、全体で6輪以上ついていること。
- 1-6-1-4. 引き出し用外枠には、引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
- 1-6-1-5. 外枠には連結用の溝が付いており、納入後も自由に引き出しの構成変更が出来ること。
- 1-6-1-6. 本体内部は同じサイズの引き出しであれば収納位置を自由に移動・調整できること。

1-6-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-6-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅250mm×奥行350mm×高さ40mm以内×12枚、幅250mm×奥行350mm×60mm以内×12枚であること。

- 1-6-2-2. 引き出しの深さは、2種類以上が用意できること。
- 1-6-2-3. 引き出しの色は透明、アンバーなど少なくとも2色以上有していること。
- 1-6-2-4. 透明、アンバー各色の材質は軽量で電気絶縁性が高いスチロール樹脂であること。

1-7. レターケース（キャスタ付き）Cは、以下の要件を満たすこと。

1-7-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-7-1-1. カート本体の外形寸法は、幅300mm×奥行410mm×高さ930mm以内であること。
- 1-7-1-2. カート本体の主な材質は、プラスチック製であること。
- 1-7-1-3. キャスターの直径は50mm以上で、全体で4輪以上ついていること。
- 1-7-1-4. 引き出し用外枠には、引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
- 1-7-1-5. 外枠には連結用の溝が付いており、納入後も自由に引き出しの構成変更が出来ること。
- 1-7-1-6. 本体内部は同じサイズの引き出しであれば収納位置を自由に移動・調整できること。

1-7-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-7-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅250mm×奥行350mm×高さ150mm以内×6個であること。
- 1-7-2-2. 引き出しの色は透明、アンバーなど少なくとも2色以上有していること。
- 1-7-2-3. 透明、アンバー各色の材質は軽量で電気絶縁性が高いスチロール樹脂であること。

1-8. レターケース（キャスタ付き）Dは、以下の要件を満たすこと。

1-8-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-8-1-1. カート本体の外形寸法は、幅550mm×奥行410mm×高さ930mm以内であること。
- 1-8-1-2. カート本体の主な材質は、プラスチック製であること。
- 1-8-1-3. キャスターの直径は50mm以上で、全体で6輪以上ついていること。

- 1-8-1-4. 引き出し用外枠には、引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
- 1-8-1-5. 外枠には連結用の溝が付いており、納入後も自由に引き出しの構成変更が出来ること。
- 1-8-1-6. 本体内部は同じサイズの引き出しであれば収納位置を自由に移動・調整できること。

1-8-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-8-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅250mm×奥行350mm×高さ40mm以内×36個であること。
- 1-8-2-2. 引き出しの色は透明、アンバーなど少なくとも2色以上有していること。
- 1-8-2-3. 透明、アンバー各色の材質は軽量で電気絶縁性が高いスチロール樹脂であること。

1-9. レターケース（キャスタ付き）Eは、以下の要件を満たすこと。

1-9-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-9-1-1. カート本体の外形寸法は、幅800mm×奥行410mm×高さ930mm以内であること。
- 1-9-1-2. カート本体の主な材質は、プラスチック製であること。
- 1-9-1-3. キャスターの直径は50mm以上で、全体で8輪以上ついていること。
- 1-9-1-4. 引き出し用外枠には、引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
- 1-9-1-5. 外枠には連結用の溝が付いており、納入後も自由に引き出しの構成変更が出来ること。
- 1-9-1-6. 本体内部は同じサイズの引き出しであれば収納位置を自由に移動・調整できること。

1-9-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-9-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅250mm×奥行350mm×高さ40mm以内×54個であること。
- 1-9-2-2. 引き出しの色は透明、アンバーなど少なくとも2色以上有していること。
- 1-9-2-3. 透明、アンバー各色の材質は軽量で電気絶縁性が高いスチロール樹脂であること。

1-10. 回収カート（小）は、以下の要件を満たすこと。

1-10-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

1-10-1-1. カート本体の外形寸法は、幅730mm×奥行820mm×高さ1370mm以内であること。

1-10-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。

1-10-1-3. カート本体には、鍵付きのシャッターが付いていること。

1-10-1-4. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。

1-10-1-5. 棚板を受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。

1-10-1-6. 本体内底面には、収納物が落下しにくようストッパーが付いていること。

1-10-2. 棚板は、以下の要件を満たすこと。

1-10-2-1. 棚板の外形寸法は、幅500mm×奥行650mm×高さ15mm以内であること。

1-10-2-2. 棚板の材質は、ステンレス（SUS304）であること。

1-10-2-3. 棚板には、収納物が落下しにくようストッパーが付いていること。

1-11. 回収カート（大）は、以下の要件を満たすこと。

1-11-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

1-11-1-1. カート本体の外形寸法は、幅1220mm×奥行820mm×高さ1370mm以内であること。

1-11-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。

1-11-1-3. カート本体には、鍵付きのシャッターが付いていること。

1-11-1-4. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。

1-11-1-5. 棚板を受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。

1-11-1-6. 本体内底面には、収納物が落下しにくようストッパーが付いていること。

1-11-2. 棚板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-11-2-1. 棚板の外形寸法は、幅500mm×奥行650mm×高さ15mm以内であること。
 - 1-11-2-2. 棚板の材質は、ステンレス（SUS304）であること。
 - 1-11-2-3. 棚板には、収納物が落下しにくようストッパーが付いていること。
- 1-12. 救急カートAは、以下の要件を満たすこと。
- 1-12-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。
- 1-12-1-1. カート本体の外形寸法は、幅850mm×奥行600mm×高さ1100mm以内であること。
 - 1-12-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。
 - 1-12-1-3. カートの色は3色以上から選択することが可能であること。
 - 1-12-1-4. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
 - 1-12-1-5. 引き出しを受けるガイドレールは、11段以上備わっていること。
 - 1-12-1-6. ガイドレールには引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
 - 1-12-1-7. 本体には引き出しの飛出し防止や盗難防止のためのストッパーが1本装備されていること。
 - 1-12-1-8. 鍵の施錠状況はインジゲーターの色で判別可能であること。
 - 1-12-1-9. 本体内部は同じサイズの引き出しであれば収納位置を自由に移動・調整できること。
 - 1-12-1-10. 天板は28mm（±3mm）の落とし込みになっており、脱着可能な透明色の樹脂製カバーによって覆われていること。
- 1-12-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。
- 1-12-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅600mm×奥行390mm×高さ60mm以内×2枚、幅600mm×奥行390mm×高さ130mm以内×3枚、幅600mm×奥行390mm×高さ280mm以内×1枚であること。
 - 1-12-2-2. 引き出しには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
 - 1-12-2-3. 引き出しはフルオープン仕様になっていること。
 - 1-12-2-4. 引き出しの色はレッド、ブルー、透明など少なくとも3色以上有していること。
 - 1-12-2-5. レッド、ブルー各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。

- 1-12-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。
- 1-12-2-7. 引き出し前面上部には、引き出しの幅と同程度の名札紙を装着でき、樹脂製のカバーが備わっていること。

1-13. 救急カートBは、以下の要件を満たすこと。

1-13-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-13-1-1. カート本体の外形寸法は、幅610mm×奥行630mm×高さ1070mm以内であること。
- 1-13-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-13-1-3. カートの色は3色以上から選択することが可能であること。
- 1-13-1-4. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
- 1-13-1-5. 引き出しを受けるガイドレールは、30段以上備わっていること。
- 1-13-1-6. ガイドレールには引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
- 1-13-1-7. 本体には引き出しの飛出し防止や盗難防止のためのストッパーが1本装備されていること。
- 1-13-1-8. 鍵の施錠状況は、インジゲーターの色で判別可能であること。
- 1-13-1-9. 本体内部は同じサイズの引き出しであれば収納位置を自由に移動・調整できること。
- 1-13-1-10. 本体背面側には、ガートル棒が1本備わっていること。
- 1-13-1-11. 天板は30mm以内の落とし込みになっており、脱着可能な透明色の樹脂製カバーによって覆われていること。

1-13-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-13-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅380mm×奥行510mm×高さ50mm以内×2枚、幅380mm×奥行510mm×高さ100mm以内×2枚、幅380mm×奥行510mm×高さ150mm以内×2枚であること。
- 1-12-2-2. 引き出しの深さは、4種類以上が用意できること。
- 1-12-2-3. 引き出しの色はピーチ、ブルー少なくとも2色以上有していること。
- 1-12-2-4. 引き出しには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-12-2-5. ピーチ、ブルー各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。

1-14.	救急カートCは、以下の要件を満たすこと。
1-14-1.	カート本体は、以下の要件を満たすこと。
1-14-1-1.	カート本体の外形寸法は、幅610mm×奥行630mm×高さ1120mm以内であること。
1-14-1-2.	カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。
1-14-1-3.	カートの色は3色以上から選択することが可能であること。
1-14-1-4.	キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
1-14-1-5.	引き出しを受けるガイドレールは、30段以上備わっていること。
1-14-1-6.	ガイドレールには引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
1-14-1-7.	本体には引き出しの飛出し防止や盗難防止のためのストッパーが1本装備されていること。
1-14-1-8.	鍵の施錠状況は、インジゲーターの色で判別可能であること。
1-14-1-9.	本体内部は同じサイズの引き出しであれば収納位置を自由に移動・調整できること。
1-14-1-10.	天板は30mm以内の落とし込みになっており、脱着可能な透明色の樹脂製カバーによって覆われていること。
1-14-2.	引き出しは、以下の要件を満たすこと。
1-14-2-1.	引き出しの構成は、内形寸法幅380mm×奥行510mm×高さ50mm以内×2枚、幅380mm×奥行510mm×高さ100mm以内×3枚、幅380mm×奥行510mm×高さ300mm以内×1枚であること。
1-14-2-2.	引き出しの深さは、4種類以上が用意できること。
1-14-2-3.	引き出しの色はピーチ、ブルー少なくとも2色以上有していること。
1-14-2-4.	引き出しには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
1-14-2-5.	ピーチ、ブルー各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
1-15.	材料カートは、以下の要件を満たすこと。
1-15-1.	カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-15-1-1. カート本体の外形寸法は、幅750mm×奥行550mm×高さ1800mm以内であること。
- 1-15-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-15-1-3. キャスターの直径は75mm以上で、4輪ともストッパー付きであること。
- 1-15-1-4. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-15-1-5. トレーを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。

1-15-2. トレーは、以下の要件を満たすこと。

- 1-15-2-1. トレーの規格は、ISO3394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-15-2-2. トレーの深さは、3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること
- 1-15-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-15-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-15-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-15-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-16. 材料カート（小）は、以下の要件を満たすこと。

1-16-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-16-1-1. カート本体の外形寸法は、幅920mm×奥行620mm×高さ1400mm以内であること。
- 1-16-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-16-1-3. カート本体には、鍵付きのシャッターが付いていること。
- 1-16-1-4. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
- 1-16-1-5. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-16-1-6. トレーを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。

1-16-2. トレーは、以下の要件を満たすこと。

- 1-16-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-16-2-2. トレーの深さは、3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること
- 1-16-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-16-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-16-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-16-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-17. 材料カート（大）は、以下の要件を満たすこと。

1-17-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-17-1-1. カート本体の外形寸法は、幅920mm×奥行620mm×高さ1710mm以内であること。
- 1-17-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-17-1-3. カート本体には、鍵付きのシャッターが付いていること。
- 1-17-1-4. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
- 1-17-1-5. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-17-1-6. トレーを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。

1-17-2. トレーは、以下の要件を満たすこと。

- 1-17-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-17-2-2. トレーの深さは、3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること
- 1-17-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-17-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-17-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-17-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-18.	診療材料棚Aは、以下の要件を満たすこと。
1-18-1.	キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。
1-18-1-1.	本体の外形寸法は、幅700mm×奥行650mm×高さ2450mm以内であること。
1-18-1-2.	本体は、上部に幅700mm×奥行650mm×高さ700mm以内の観音扉付きのキャビネットと幅700mm×奥行650mm×高さ1800mm以内の強化ガラス付きキャビネットで構成されていること。
1-18-1-3.	本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
1-18-1-4.	本体の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
1-18-1-5.	観音扉の材質は、パネルはアルミ複合板、枠はアルミニウムであること。
1-18-1-6.	1枚扉の材質は、パネルは強化ガラス、枠はアルミニウムであること。
1-18-1-7.	観音扉・1枚扉の枠の内側には、パッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
1-18-1-8.	本体最下部のトレービルトイン引き出しは、ソフト&セルフクロージング機能付きのフルオープン設計であること。
1-18-1-9.	トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りで、ローラーが付属していること
1-18-1-10.	トレーを受けるレールには、トレー、バスケット、棚板の脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
1-18-2.	トレー・棚板は、以下の要件を満たすこと。
1-18-2-1.	トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
1-18-2-2.	トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること
1-18-2-3.	トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
1-18-2-4.	トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
1-18-2-5.	ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
1-18-2-6.	棚板の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
1-18-2-7.	透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。
1-18-3.	仕切板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-18-3-1. トレー内を分割する仕切板は、収納物の大きさに合わせて柔軟に収納できるフレキシブル構造であること。
- 1-18-3-2. 仕切板は、20mm以内ピッチのかん合方式であること。
- 1-18-3-3. 仕切板の材質は、樹脂製であること。

1-19. 診療材料棚Bは、以下の要件を満たすこと。

1-19-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-19-1-1. 本体の外形寸法は、幅700mm×奥行650mm×高さ2450mm以内であること。
- 1-19-1-2. 本体は、上部に幅700mm×奥行650mm×高さ700mm以内の観音扉付きのキャビネットと幅700mm×奥行650mm×高さ1800mm以内のシャッター付きキャビネットで構成されていること。
- 1-19-1-3. 本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
- 1-19-1-4. 本体の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-19-1-5. 観音扉の材質は、パネルはアルミ複合板、枠はアルミニウムであること。
- 1-19-1-6. 観音扉の枠の内側にはパッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
- 1-19-1-7. 本体最下部のトレービルトイン引き出しは、ソフト&セルフクロージング機能付きのフルオープン設計であること。
- 1-19-1-8. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りで、ローラーが付属していること。
- 1-19-1-9. トレーを受けるレールには、トレー、バスケット、棚板の脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
- 1-19-1-10. シャッターの鍵の施錠状況は、インジゲーターの色で判別可能であること。

1-19-2. トレー・棚板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-19-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-19-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること。
- 1-19-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-19-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。

- 1-19-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質は、ABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-19-2-6. 棚板の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-19-2-7. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-19-3. 仕切板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-19-3-1. トレー内を分割する仕切板は、収納物の大きさに合わせて柔軟に収納できるフレキシブル構造であること。
- 1-19-3-2. 仕切板は、20mm以内ピッチのかん合方式であること。
- 1-19-3-3. 仕切板の材質は、樹脂製であること。

1-20. 診療材料棚Cは、以下の要件を満たすこと。

1-20-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-20-1-1. 本体の外形寸法は、幅700mm×奥行650mm×高さ2450mm以内であること。
- 1-20-1-2. 本体は、上部に幅700mm×奥行650mm×高さ700mm以内の観音扉付きのキャビネットと幅700mm×奥行650mm×高さ1800mm以内のシャッター付きキャビネットで構成されていること。
- 1-20-1-3. 本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
- 1-20-1-4. 本体の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-20-1-5. 観音扉の材質は、パネルはアルミ複合板、枠はアルミニウムであること。
- 1-20-1-6. 観音扉の枠の内側には、パッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
- 1-20-1-7. 本体最下部のトレービルトイン引き出しは、ソフト&セルフクロージング機能付きのフルオープン設計であること。
- 1-20-1-8. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りで、ローラーが付属していること。
- 1-20-1-9. トレーを受けるレールには、トレー、バスケット、棚板の脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
- 1-20-1-10. シャッターの鍵の施錠状況は、インジゲーターの色で判別可能であること。

1-20-2. トレー・棚板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-20-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-20-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること。
- 1-20-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-20-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-20-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質は、ABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-20-2-6. 棚板のサイズは、幅630mm×奥行500mm×高さ15mm以内であること。
- 1-20-2-7. 棚板の材質は、パーティクルボードであること。
- 1-20-2-8. 棚板の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-20-2-9. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。
- 1-20-2-10. キャビネットの中では、棚板の位置が変えられること。

1-20-3. 仕切板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-20-3-1. トレー内を分割する仕切板は、収納物の大きさに合わせて柔軟に収納できるフレキシブル構造であること。
- 1-20-3-2. 仕切板は、20mm以内ピッチのかん合方式であること。
- 1-20-3-3. 仕切板の材質は、樹脂製であること。

1-21. 診療材料棚Dは、以下の要件を満たすこと。

1-21-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-21-1-1. 本体の外形寸法は、幅700mm×奥行650mm×高さ2100mm以内であること。
- 1-21-1-2. 本体は、幅700mm×奥行650mm×高さ2100mm以内の強化ガラス付きキャビネット構成されていること。
- 1-21-1-3. 本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
- 1-21-1-4. 本体の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-21-1-5. 1枚扉の材質は強化ガラス、枠はアルミニウムであること。

- 1-21-1-6. 1枚扉の枠の内側には、パッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
- 1-21-1-7. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りで、ローラーが付属していること。
- 1-21-1-8. トレーを受けるレールには、トレー、バスケット、棚板の脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
- 1-21-1-9. 本体内でトレー、棚板共に、自由に入れ替えが出来ること。

1-21-2. トレー・棚板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-21-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-21-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること。
- 1-21-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-21-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
- 1-21-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-21-2-6. 棚板の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-21-2-7. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-21-3. 仕切板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-21-3-1. トレー内を分割する仕切板は、収納物の大きさに合わせて柔軟に収納できるフレキシブル構造であること。
- 1-21-3-2. 仕切板は、20mm以内ピッチのかん合方式であること。
- 1-21-3-3. 仕切板の材質は、樹脂製であること。

1-22. 診療材料棚Eは、以下の要件を満たすこと。

1-22-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-22-1-1. 本体の外形寸法は、幅700mm×奥行650mm×高さ2100mm以内であること。
- 1-22-1-2. 本体は、幅700mm×奥行650mm×高さ2100mm以内の強化ガラス付きキャビネット構成されていること。

- 1-22-1-3. 本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
- 1-22-1-4. 本体の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-22-1-5. 1枚扉の材質は強化ガラス、枠はアルミニウムであること。
- 1-22-1-6. 1枚扉の枠の内側には、パッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
- 1-22-1-7. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りで、ローラーが付属していること。
- 1-22-1-8. トレーを受けるレールには、トレー、バスケット、棚板の脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
- 1-22-1-9. 本体内でトレー、棚板共に、自由に入れ替えが出来ること。

1-22-2. トレー・棚板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-22-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-22-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること。
- 1-22-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-22-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-22-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-22-2-6. 棚板の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-22-2-7. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-22-3. 仕切板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-22-3-1. トレー内を分割する仕切板は、収納物の大きさに合わせて柔軟に収納できるフレキシブル構造であること。
- 1-22-3-2. 仕切板は、20mm以内ピッチのかん合方式であること。
- 1-22-3-3. 仕切板の材質は、樹脂製であること。

1-23. 診療材料棚Fは、以下の要件を満たすこと。

- 1-23-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-23-1-1. 本体の外形寸法は、幅700mm×奥行650mm×高さ2100mm以内であること。
- 1-23-1-2. 本体は、幅700mm×奥行650mm×高さ2100mm以内の強化ガラス付きキャビネットで構成されていること。
- 1-23-1-3. 本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
- 1-23-1-4. 本体の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-23-1-5. 1枚扉の材質は強化ガラス、枠はアルミニウムであること。
- 1-23-1-6. 1枚扉の枠の内側には、パッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
- 1-23-1-7. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りで、ローラーが付属していること。
- 1-23-1-8. トレーを受けるレールには、トレー、バスケット、棚板の脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
- 1-23-1-9. 本体内でトレー、棚板共に、自由に入れ替えが出来ること。

1-23-2. トレー・棚板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-23-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-23-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること。
- 1-23-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-23-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
- 1-23-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-23-2-6. 棚板の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-23-2-7. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-23-3. 仕切板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-23-3-1. トレー内を分割する仕切板は、収納物の大きさに合わせて柔軟に収納できるフレキシブル構造であること。
- 1-23-3-2. 仕切板は、20mm以内ピッチのかん合方式であること。
- 1-23-3-3. 仕切板の材質は、樹脂製であること。

1-24.	診療材料棚（薬品庫付き）Aは、以下の要件を満たすこと。
1-24-1.	キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。
1-24-1-1.	本体の外形寸法は、幅700mm×奥行650mm×高さ2100mm以内であること。
1-24-1-2.	本体は、幅700mm×奥行650mm×高さ2100mm以内の強化ガラス付きキャビネットで構成されていること。
1-24-1-3.	本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
1-24-1-4.	本体の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
1-24-1-5.	1枚扉の材質は強化ガラス、枠はアルミニウムであること。
1-24-1-6.	1枚扉の枠の内側には、パッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
1-24-1-7.	トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りで、ローラーが付属していること。
1-24-1-8.	トレーを受けるレールには、トレー、バスケット、棚板の脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
1-24-1-9.	本体内でトレー、棚板共に、自由に入れ替えが出来ること。
1-24-2.	トレー・棚板は、以下の要件を満たすこと。
1-24-2-1.	トレーの規格は、ISO3394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
1-24-2-2.	トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること。
1-24-2-3.	トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
1-24-2-4.	トレーには脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
1-24-2-5.	ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
1-24-2-6.	棚板の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
1-24-2-7.	透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。
1-24-3.	仕切板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-24-3-1. トレー内を分割する仕切板は、収納物の大きさに合わせて柔軟に収納できるフレキシブル構造であること。
- 1-24-3-2. 仕切板は、20mm以内ピッチのかん合方式であること。
- 1-24-3-3. 仕切板の材質は、樹脂製であること。

1-24-4. 薬品庫は、以下の要件を満たすこと。

- 1-24-4-1. 薬品庫は、引き出し式と1枚扉式があること。
- 1-24-4-2. 引き出し式は2段タイプで、内形寸法幅300mm×奥行380mm×高さ100mm以内であること。
- 1-24-4-3. 1枚扉式の庫内内形寸法は、内形寸法幅200mm×奥行320mm×高さ200mm以内であること。
- 1-24-4-4. 引き出し式、1枚扉式のそれぞれの鍵番号は別番号であること。

1-25. 診療材料棚（薬品庫付き）Bは、以下の要件を満たすこと。

1-25-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-25-1-1. 本体の外形寸法は幅700mm×奥行650mm×高さ2100mm以内であること。
- 1-25-1-2. 本体は、幅700mm×奥行650mm×高さ2100mm以内の強化ガラス付きキャビネット構成されていること。
- 1-25-1-3. 本体の主な材質は、パーティクルボードであること。
- 1-25-1-4. 本体の表面には耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-25-1-5. 1枚扉の材質は強化ガラス、枠はアルミニウムであること。
- 1-25-1-6. 1枚扉の枠の内側には、パッキン等でホコリが入りにくくなっていること。
- 1-25-1-7. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りで、ローラーが付属していること。
- 1-25-1-8. トレーを受けるレールには、トレー、バスケット、棚板の脱落防止機能が一体成型で備わっていること。
- 1-25-1-9. 本体内でトレー、棚板共に、自由に入れ替えが出来ること。

1-25-2. トレーは、以下の要件を満たすこと。

- 1-25-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-25-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること。
- 1-25-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-25-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-25-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-25-2-6. 棚板の表面には、耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-25-2-7. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-25-3. 仕切板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-25-3-1. トレー内を分割する仕切板は、収納物の大きさに合わせて柔軟に収納できるフレキシブル構造であること。
- 1-25-3-2. 仕切板は、20mm以内ピッチのかん合方式であること。
- 1-25-3-3. 仕切板の材質は、樹脂製であること。

1-25-4. 薬品庫は、以下の要件を満たすこと。

- 1-25-4-1. 薬品庫は、引き出し式と1枚扉式があること。
- 1-25-4-2. 引き出し式は2段タイプで、内形寸法幅300mm×奥行380mm×高さ100mm以内であること。
- 1-25-4-3. 1枚扉式の庫内内形寸法は、内形寸法幅200mm×奥行320mm×高さ200mm以内であること。
- 1-25-4-4. 引き出し式、1枚扉式のそれぞれの鍵番号は別番号であること。

1-26. 注射薬カート（36床用）は、以下の要件を満たすこと。

1-26-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-26-1-1. カート本体の外形寸法は、幅1600mm×奥行650mm×高さ1570mm以内であること。
- 1-26-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。

- 1-26-1-3. カート本体には、鍵付きのシャッターが付いていること。
- 1-26-1-4. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
- 1-26-1-5. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-26-1-6. トレーを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。

1-26-2. バスケットは、以下の要件を満たすこと。

- 1-26-2-1. バスケットの規格は、IS03394のハーフサイズ（外形寸法300mm×400mm）に準拠すること。
- 1-26-2-2. バスケットの深さは3種類以上（100mm、170mm等）から選択できること
- 1-26-2-3. バスケットの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-26-2-4. バスケットには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-26-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-26-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-27. 点滴作業台Aは、以下の要件を満たすこと。

1-27-1. 作業台本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-27-1-1. 本体の外形寸法は、幅1000mm×奥行600mm×高さ900mm以内であること。
- 1-27-1-2. キャスターの直径は75mm以上で、全輪ともストッパー付きであること。
- 1-27-1-3. 本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-27-1-4. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-27-1-5. トレーを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。
- 1-27-1-6. 本体のトレー収納部は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）のトレーが入る仕様になっていること。
- 1-27-1-7. 天板の厚み（高さ）は25mm以上であること。
- 1-27-1-8. 天板の表面は傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。

1-27-2. トレイは、以下の要件を満たすこと。

- 1-27-2-1. トレイの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-27-2-2. トレイの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること
- 1-27-2-3. トレイの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-27-2-4. トレイには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-27-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-27-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-28. 点滴作業台Bは、以下の要件を満たすこと。

1-28-1. 作業台本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-28-1-1. 作業台本体の外形寸法は、幅1000mm×奥行650mm×高さ1650mm（台高900mm）以内であること。
- 1-28-1-2. 作業台本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-28-1-3. 作業台の色は、3色以上から選択することが可能であること。
- 1-28-1-4. キャスターの直径は75mm以上で、全輪ストッパー付きであること。
- 1-28-1-5. 引き出しを受けるガイドレールは、11段以上備わっていること。
- 1-28-1-6. ガイドレールには引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
- 1-28-1-7. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。
- 1-28-1-8. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。
- 1-28-1-9. 点滴フックは、6個以上備わっていること。

1-28-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-28-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅600mm×奥行390mm×高さ60mm以内×1枚、幅600mm×奥行390mm×高さ130mm以内×3枚、幅600mm×奥行390mm×高さ280mm以内×1枚であること。

- 1-28-2-2. 引き出しには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-28-2-3. 引き出しはフルオープン仕様になっていること。
- 1-28-2-4. 引き出しの色は、レッド、ブルー、透明など少なくとも3色以上有していること。
- 1-28-2-5. レッド、ブルー各色の材質は、ABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-28-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。
- 1-28-2-7. 引き出し前面上部には、引き出しの幅と同程度の名札紙を装着でき、樹脂製のカバーが備わっていること。

1-29. 点滴作業台Cは、以下の要件を満たすこと。

1-29-1. 作業台本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-29-1-1. 本体の外形寸法は、幅1300mm×奥行600mm×高さ1760mm以内であること。
- 1-29-1-2. キャスターの直径は75mm以上で、全輪ともストッパー付きであること。
- 1-29-1-3. 本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-29-1-4. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-29-1-5. トレーを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。
- 1-29-1-6. 本体のトレー収納部は、IS03394（外形寸法600mm×400mm、300mm×400mm）の両方が入る仕様になっていること。
- 1-29-1-7. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。
- 1-29-1-8. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。
- 1-29-1-9. 点滴フックの支柱は2本あり、間に固定された棚板があること。
- 1-29-1-10. 点滴フックは、18個以上備わっていること。

1-29-2. トレーは、以下の要件を満たすこと。

- 1-29-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm、300mm×400mm）に準拠すること。
- 1-29-2-2. トレーの深さは、3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること

- 1-29-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-29-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-29-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-29-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-30. 点滴作業台Dは、以下の要件を満たすこと。

1-30-1. 作業台本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-30-1-1. 本体の外形寸法は、幅1600mm×奥行650mm×高さ1620mm以内であること。
- 1-30-1-2. キャスターの直径は75mm以上で、全輪ともストッパー付きであること。
- 1-30-1-3. 本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-30-1-4. ガイドレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-30-1-5. ガイドレールは、15段以上備わっていること。
- 1-30-1-6. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。
- 1-30-1-7. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。
- 1-30-1-8. 点滴フックは、24個以上備わっていること。
- 1-30-1-9. 点滴フックの支柱は2本あり、間に固定された棚板があること。

1-30-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-30-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅360mm×奥行480mm×高さ320mm以内×3個、幅360mm×奥行480mm×高さ110mm以内×9個であること。
- 1-30-2-2. 引き出しの深さは4種類以上から選択できること
- 1-30-2-3. 引き出しの色はピーチ、ブルーなど少なくとも2色以上有していること。
- 1-30-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-30-2-5. ピーチ、ブルー、各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。

1-31.	点滴作業台Eは、以下の要件を満たすこと。
1-31-1.	作業台本体は、以下の要件を満たすこと。
1-31-1-1.	作業台本体の外形寸法は、幅1600mm×奥行650mm×高さ1650mm（台高900mm）以内であること。
1-31-1-2.	作業台本体の主な材質は、アルミニウムであること。
1-31-1-3.	作業台の色は3色以上から選択することが可能であること。
1-31-1-4.	キャスターの直径は75mm以上で、全輪ストッパー付きであること。
1-31-1-5.	引き出しを受けるガイドレールは、11段以上備わっていること。
1-31-1-6.	ガイドレールには引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
1-31-1-7.	天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。
1-31-1-8.	天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。
1-31-2.	引き出しは、以下の要件を満たすこと。
1-31-2-1.	引き出しの構成は、内形寸法幅600mm×奥行390mm×高さ60mm以内×2枚、幅600mm×奥行390mm×高さ130mm以内×6枚、幅600mm×奥行390mm×高さ280mm以内×2枚であること。
1-31-2-2.	引き出しには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
1-31-2-3.	引き出しはフルオープン仕様になっていること。
1-31-2-4.	引き出しの色はレッド、ブルー、透明など少なくとも3色以上有していること。
1-31-2-5.	レッド、ブルー各色の材質は、ABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
1-31-2-6.	透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。
1-31-2-7.	引き出し前面上部には、引き出しの幅と同程度の名札紙を装着でき、樹脂製のカバーが備わっていること。
1-32.	点滴作業台Fは、以下の要件を満たすこと。
1-32-1.	作業台本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-32-1-1. 作業台本体の外形寸法は、幅1600mm×奥行650mm×高さ1650mm（台高900mm）以内であること。
- 1-32-1-2. 作業台本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-32-1-3. 作業台の色は3色以上から選択することが可能であること。
- 1-32-1-4. キャスターの直径は75mm以上で、全輪ストッパー付きであること。
- 1-32-1-5. 引き出しを受けるガイドレールは、11段以上備わっていること。
- 1-32-1-6. ガイドレールには引き出しの脱落防止機能のストッパーが備わっていること。
- 1-32-1-7. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。
- 1-32-1-8. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。
- 1-32-1-9. 点滴フックは、24個以上備わっていること。
- 1-32-1-10. 点滴フックの支柱は2本あり、間に固定された棚板があること。

1-32-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-32-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅600mm×奥行390mm×高さ60mm以内×2枚、幅600mm×奥行390mm×高さ130mm以内×6枚、幅600mm×奥行390mm×高さ280mm以内×2枚であること。
- 1-32-2-2. 引き出しには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-32-2-3. 引き出しはフルオープン仕様になっていること。
- 1-32-2-4. 引き出しの色はレッド、ブルー、透明など少なくとも3色以上有していること。
- 1-32-2-5. レッド、ブルー各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-32-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。
- 1-32-2-7. 引き出し前面上部には、引き出しの幅と同程度の名札紙を装着でき、樹脂製のカバーが備わっていること。

1-33. 点滴作業台Gは、以下の要件を満たすこと。

1-33-1. 作業台本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-33-1-1. 作業台本体の外形寸法は、幅1600mm×奥行650mm×高さ1760mm（台高900mm）以内であること。

- 1-33-1-2. 作業台本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-33-1-3. 作業台の色は3色以上から選択することが可能であること。
- 1-33-1-4. キャスターの直径は75mm以上で、全輪ストッパー付きであること。
- 1-33-1-5. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-33-1-6. トレーを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。
- 1-33-1-7. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。
- 1-33-1-8. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。
- 1-33-1-9. 点滴フックは、24個以上備わっていること。
- 1-33-1-10. 点滴フックの支柱は2本あり、間に固定された棚板があること。
- 1-33-1-11. 本体最下部のトレービルトイン引き出しは、ソフト&セルフクロージング機能付きのフルオープン設計であること。

1-33-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-33-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-33-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること
- 1-33-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-33-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-33-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-33-2-6. 棚板の表面には耐薬品性が強く破損しにくいメラミン樹脂が施されていること。
- 1-33-2-7. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-34. 点滴作業台Hは、以下の要件を満たすこと。

1-34-1. 作業台本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-34-1-1. 本体の外形寸法は、幅1900mm×奥行800mm×高さ960mm以内であること。

- 1-34-1-2. キャスターの直径は75mm以上で、全輪ともストッパー付きであること。
- 1-34-1-3. 本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-34-1-4. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-34-1-5. トレーを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。
- 1-34-1-6. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。
- 1-34-1-7. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。

1-34-2. トレーは、以下の要件を満たすこと。

- 1-34-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-34-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること
- 1-34-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-34-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-34-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-34-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-35. 点滴作業台Iは、以下の要件を満たすこと。

1-35-1. 作業台本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-35-1-1. 本体の外形寸法は、幅1300mm×奥行650mm×高さ1720mm以内であること。
- 1-35-1-2. キャスターの直径は75mm以上で、全輪ともストッパー付きであること。
- 1-35-1-3. 本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-35-1-4. ガイドレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-35-1-5. ガイドレールは、15段以上備わっていること。
- 1-35-1-6. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。

- 1-35-1-7. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。
- 1-35-1-8. ハンガーは前後に2本備わっていること。
- 1-35-1-9. 2本のハンガーの間には、木製棚板が2段備わっていること。
- 1-35-1-10. ハンガーには、シングルフックの樹脂製ボトルフックが前後合計で24個以上備わっていること。

1-35-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-35-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅360mm×奥行480mm×高さ320mm以内×2個、幅360mm×奥行480mm×高さ110mm以内×6個であること。
- 1-35-2-2. 引き出しの深さは4種類以上から選択できること
- 1-35-2-3. 引き出しの色はピーチ、ブルーなど少なくとも2色以上有していること。
- 1-35-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-35-2-5. ピーチ、ブルー、各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。

1-36. 不潔コンテナ回収カートは、以下の要件を満たすこと。

1-36-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-36-1-1. カート本体の外形寸法は、幅1150mm×奥行820mm×高さ1370mm以内であること。
- 1-36-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-36-1-3. カート本体には、鍵付きのシャッターが付いていること。
- 1-36-1-4. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
- 1-36-1-5. 棚板を受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-36-1-6. 本体内底面には、収納物が落下しにくようストッパーが付いていること。

1-36-2. 棚板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-36-2-1. 棚板の外形寸法は、幅940mm×奥行670mm×高さ30mm以内であること。

- 1-36-2-2. 棚板の材質は、ステンレス（SUS304）であること。
- 1-36-2-3. 棚板には、収納物が落下しにくようストッパーが付いていること。

1-37. 麻酔カートAは、以下の要件を満たすこと。

1-37-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-37-1-1. カート本体の外形寸法は、幅1200mm×奥行520mm×高さ980mm以内であること。
- 1-37-1-2. カート本体の主な材質は、ステンレス（SUS304）であること。
- 1-37-1-3. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
- 1-37-1-4. カート天板は、最上段のトレイ内が視認できるよう強化ガラス製であること。
- 1-37-1-5. カート本体には、IS03394規格のトレイが収納できること。
- 1-37-1-6. バスケットを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-37-1-7. バスケットを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。

1-37-2. トレイは、以下の要件を満たすこと。

- 1-37-2-1. トレイの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm、300mm×400mm）に準拠すること。
- 1-37-2-2. トレイの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること
- 1-37-2-3. トレイの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-37-2-4. トレイには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-37-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-37-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-38. 麻酔カートBは、以下の要件を満たすこと。

1-38-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-38-1-1. カート本体の外形寸法は、幅610mm×奥行560mm×高さ980mm以内であること。
- 1-38-1-2. カートフレームの主な材質は、ステンレス(SUS304)であること。
- 1-38-1-3. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
- 1-38-1-4. カート本体には、折り畳み式の補助台が付いていること
- 1-38-1-5. 引き出しを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。

1-38-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-38-2-1. 引き出しの構成は、内形寸法幅380mm×奥行510mm×高さ50mm以内×2枚、幅380mm×奥行510mm×高さ100mm以内×2枚、幅380mm×奥行510mm×高さ300mm以内×1枚であること。
- 1-38-2-2. 引き出しの深さは4種類以上が用意できること。
- 1-38-2-3. 引き出しの色はピーチ、ブルー少なくとも2色以上有していること。
- 1-38-2-4. 引き出しには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-38-2-5. ピーチ、ブルー各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。

1-39. 麻酔用トレーカートは、以下の要件を満たすこと。

1-39-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-39-1-1. カート本体の外形寸法は、幅900mm×奥行550mm×高さ1700mm以内であること。
- 1-39-1-2. カート本体の主な材質は、ステンレス(SUS304)であること。
- 1-39-1-3. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
- 1-39-1-4. カート天板は、清掃がしやすいようフラット構造であること。
- 1-39-1-5. カート本体には、IS03394規格のトレーが収納できること。
- 1-39-1-6. バスケットを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-39-1-7. バスケットを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。

1-39-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-39-2-1. トレーの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm、300mm×400mm）に準拠すること。
- 1-39-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること
- 1-39-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-39-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-39-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-39-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-40. 滅菌コンテナラックAは、以下の要件を満たすこと。

1-40-1. 棚本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-40-1-1. 本体の外形寸法は、幅800mm×奥行700mm×高さ1800mm以内であること。
- 1-40-1-2. 本体の主要な材質は、錆びにくく、衝撃性に強いものとしアルミニウムと同等以上のものであること。
- 1-40-1-3. 本体内部は600mm×300mmのシェルフが水平に収納できるガイドレールが備わっており、収納位置を自在に移動、調整できること。
- 1-40-1-4. ガイドレールは、7段以上備わっていること。

1-40-2. シェルフは、以下の要件を満たすこと。

- 1-40-2-1. シェルフの材質は、ステンレス製であること。
- 1-40-2-2. シェルフの構成は、外形寸法幅300mm×奥行600mm×高さ9mm（各±2mm）×12枚であること。

1-41. 滅菌コンテナラックBは、以下の要件を満たすこと。

1-41-1. 棚本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-41-1-1. 本体の外形寸法は、幅2900mm×奥行700mm×高さ1800mm以内であること。
- 1-41-1-2. 本体の主要な材質は、錆びにくく、衝撃性に強いものとしアルミニウムと同等以上のものであること。
- 1-41-1-3. 本体内部は600mm×300mmのシェルフが水平に収納できるガイドレールが備わっており、収納位置を自在に移動、調整できること。

1-41-1-4. ガイドレールは、7段以上備わっていること。

1-41-2. シェルフは、以下の要件を満たすこと。

1-41-2-1. シェルフの材質は、ステンレス製であること。

1-41-2-2. シェルフの構成は、外形寸法幅300mm×奥行600mm×高さ9mm（各±2mm）×48枚であること。

1-42. 滅菌器材収納棚Aは、以下の要件を満たすこと。

1-42-1. 棚本体は、以下の要件を満たすこと。

1-42-1-1. 本体の外形寸法は、幅1400mm×奥行550mm×高さ1800mm以内であること。

1-42-1-2. 本体の主要な材質は、錆びにくく、衝撃性に強いものとしアルミニウムと同等以上のものであること。

1-42-1-3. 本体内部は600mm×400mmのトレイ、シェルフが水平に収納できるガイドレールが備わっており、収納位置を自在に移動、調整できること。

1-42-1-4. ガイドレールは、20段以上備わっていること。

1-42-2. シェルフ・トレイは、以下の要件を満たすこと。

1-42-2-1. シェルフの材質は、ステンレス製であること。

1-42-2-2. シェルフの構成は、外形寸法幅600mm×奥行6400mm×高さ9mm（各±2mm）×36枚であること。

1-42-2-3. トレイの規格は、IS03394（外形寸法600mm×400mm、300mm×400mm）に準拠すること。

1-42-2-4. トレイの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること

1-42-2-5. トレイの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。

1-42-2-6. トレイには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。

1-42-2-7. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。

1-42-2-8. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-43. 滅菌物用収納棚Bは、以下の要件を満たすこと。

1-43-1. 棚本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-43-1-1. 本体の外形寸法は、幅2500mm×奥行650mm×高さ1930mm以内であること。
- 1-43-1-2. 有効内形寸法幅1100mm×奥行550mm以上のユニットが2列で構成されていること
- 1-43-1-3. タテ柱、ヨコ柱は、スチール鋼材に樹脂コーティングされたものであること。
- 1-43-1-4. タテ柱には、ヨコ柱が100mmピッチで取り付けるための機構が一体成型で備わっていること。
- 1-43-1-5. ヨコ柱は、組立てた後でも1段単位で取り付け位置の変更が出来ること。

1-43-2. 棚板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-43-2-1. 棚板は樹脂製であること。
- 1-43-2-2. 棚板はソリッド型（通気型でない）であること。
- 1-43-2-3. 棚板の通気型とソリッド型は入れ替えが可能であること。
- 1-43-2-4. 棚板は4段タイプであること。

1-44. 滅菌物用収納棚Cは、以下の要件を満たすこと。

1-44-1. 棚本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-44-1-1. 本体の外形寸法は、幅2500mm×奥行650mm×高さ1930mm以内であること。
- 1-44-1-2. 有効内形寸法幅1100mm×奥行550mm以上のユニットが2列で構成されていること
- 1-44-1-3. タテ柱、ヨコ柱は、スチール鋼材に樹脂コーティングされたものであること。
- 1-44-1-4. タテ柱には、ヨコ柱が100mmピッチで取り付けるための機構が一体成型で備わっていること。
- 1-44-1-5. ヨコ柱は、組立てた後でも1段単位で取り付け位置の変更が出来ること。

1-44-2. 棚板は、以下の要件を満たすこと。

- 1-44-2-1. 棚板は樹脂製であること。

- 1-44-2-2. 棚板はソリッド型（通気型でない）であること。
- 1-44-2-3. 棚板の通気型とソリッド型は入れ替えが可能であること。
- 1-44-2-4. 棚板は5段タイプであること。

1-45. 滅菌物用収納棚Dは、以下の要件を満たすこと。

1-45-1. 棚本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-45-1-1. 本体の外形寸法は、幅1300mm×奥行650mm×高さ1930mm以内であること。
- 1-45-1-2. タテ柱、ヨコ柱は、スチール鋼材に樹脂コーティングされたものであること。
- 1-45-1-3. タテ柱には、ヨコ柱が100mmピッチで取り付けるための機構が一体成型で備わっていること。
- 1-45-1-4. ヨコ柱は、組立てた後でも1段単位で取り付け位置の変更が出来ること。

1-45-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-45-2-1. 棚板は樹脂製であること。
- 1-45-2-2. 棚板は通気型型（ソリッド型でない）であること。
- 1-45-2-3. 棚板の通気型とソリッド型は入れ替えが可能であること。

1-46. 滅菌物用搬送カートは、以下の要件を満たすこと。

1-46-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-46-1-1. カート本体の外形寸法は、幅1500mm×奥行620mm×高さ1710mm以内であること。
- 1-46-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-46-1-3. カート本体には、鍵付きのシャッターが付いていること。
- 1-46-1-4. カート本体を並べて設置するため、両側に取っ手がないものであること。
- 1-46-1-5. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。

- 1-46-1-6. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-46-1-7. トレーを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。
- 1-46-2. トレーは、以下の要件を満たすこと。
- 1-46-2-1. トレーの規格は、ISO3394（外形寸法600mm×400mm）に準拠すること。
- 1-46-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること
- 1-46-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-46-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-46-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-46-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-47. 薬カートは、以下の要件を満たすこと。

1-47-1. カート本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-47-1-1. カート本体の外形寸法は、幅1280mm×奥行700mm×高さ1580mm以内であること。
- 1-47-1-2. カート本体の主な材質は、アルミニウムであること。
- 1-47-1-3. カート本体には、鍵付きのシャッターが付いていること。
- 1-47-1-4. キャスターの直径は125mm以上で、カート前面2個はストッパー付きであること。
- 1-47-1-5. トレーを受けるレールは、摩耗しにくいガラス繊維入りであること。
- 1-47-1-6. トレーを受けるレールには、ストッパー機構付きであること。

1-47-2. トレーは、以下の要件を満たすこと。

- 1-47-2-1. トレーの規格は、ISO3394のハーフサイズ（外形寸法300mm×400mm）に準拠すること。
- 1-47-2-2. トレーの深さは3種類以上（50mm、100mm、170mm等）から選択できること

- 1-47-2-3. トレーの色はピーチ、ブルー、ニュートラル、透明など少なくとも4色以上有していること。
- 1-47-2-4. トレーには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-47-2-5. ピーチ、ブルー、ニュートラル各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。
- 1-47-2-6. 透明色の材質は高い透明性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂であること。

1-48. 薬品棚Aは、以下の要件を満たすこと。

1-48-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-48-1-1. 本体の外形寸法は、幅800mm×奥行550mm×高さ1850mm以内であること。
- 1-48-1-2. 本体は、上段に外形寸法幅800mm×奥行210mm×高さ950mm以内のキャビネットと下段に外形寸法幅800mm×奥行550mm×高さ900mm以内のキャビネットで構成されていること。
- 1-48-1-3. キャビネット上段、下段には樹脂製引き出しが備わっていること。
- 1-48-1-4. キャビネット上段には、外形寸法幅800mm×奥行210mm×高さ350mm以内のステンレス枠が備わっていること。
- 1-48-1-5. キャビネット下段には、ガイドレールが17段以上備わった枠が2列×2段で構成されていること。
- 1-48-1-6. キャビネット上段、下段の樹脂製枠にはそれぞれが連結ミゾを備えていること。
- 1-48-1-7. キャビネット下段の引き出しは、同じサイズの引き出しで収納位置を自在に移動、調整できること。
- 1-48-1-8. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。
- 1-48-1-9. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。
- 1-48-1-10. キャビネット上段、下段の樹脂製枠には引き出しの脱落防止のためのストッパーが備わっていること。

1-48-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-48-2-1. キャビネット上段の引き出しの構成は、内形寸法幅130mm×奥行190mm×高さ60mm以内×30個、幅130mm×奥行190mm×高さ130mm以内×15個であること。
- 1-48-2-2. キャビネット下段の引き出しの構成は、内形寸法幅360mm×奥行480mm×高さ320mm以内×2個、幅360mm×奥行480mm×高さ110mm以内×6個であること。
- 1-48-2-3. キャビネット上段、下段の引き出しには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。

- 1-48-2-4. 引き出しの色は透明、アンバーなど少なくとも2色以上有していること。
- 1-48-2-5. 透明、アンバー各色の材質は軽量で電気絶縁性が高いスチロール樹脂であること。
- 1-49. 薬品棚Bは、以下の要件を満たすこと。
- 1-49-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。
- 1-49-1-1. 本体の外形寸法は、幅1200mm×奥行550mm×高さ1850mm以内であること。
- 1-49-1-2. 本体は、上段に外形寸法幅1200mm×奥行210mm×高さ950mm以内のキャビネットと下段に外形寸法幅1200mm×奥行550mm×高さ900mm以内のキャビネットで構成されていること。
- 1-49-1-3. キャビネット上段、下段には樹脂製引き出しが備わっていること。
- 1-49-1-4. キャビネット上段には、外形寸法幅1200mm×奥行210mm×高さ350mm以内のステンレス枠が備わっていること。
- 1-49-1-5. キャビネット下段には、ガイドレールが17段以上備わった枠が3列×2段で構成されていること。
- 1-49-1-6. キャビネット上段、下段の樹脂製枠にはそれぞれが連結ミゾを備えていること。
- 1-49-1-7. キャビネット下段の引き出しは、同じサイズの引き出しで収納位置を自在に移動、調整できること。
- 1-49-1-8. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。
- 1-49-1-9. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。
- 1-49-1-10. キャビネット上段、下段の樹脂製枠には引き出しの脱落防止のためのストッパーが備わっていること。
- 1-49-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。
- 1-49-2-1. キャビネット上段の引き出しの構成は、内形寸法幅130mm×奥行190mm×高さ60mm以内×9個、幅130mm×奥行190mm×高さ110mm以内×36個、幅170mm×奥行190mm×高さ110mm以内×12個であること。
- 1-49-2-2. キャビネット下段の引き出しの構成は、内形寸法幅360mm×奥行480mm×高さ320mm以内×3個、幅360mm×奥行480mm×高さ110mm以内×9個であること。
- 1-49-2-3. キャビネット上段、下段の引き出しには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-49-2-4. 引き出しの色は透明、アンバーなど少なくとも2色以上有していること。
- 1-49-2-5. 透明、アンバー各色の材質は軽量で電気絶縁性が高いスチロール樹脂であること。

1-50. 薬品棚Cは、以下の要件を満たすこと。

1-50-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。

1-50-1-1. 本体の外形寸法は、幅1630mm×奥行750mm×高さ1900mm以内であること。

1-50-1-2. 本体は、上段に外形寸法幅1630mm×奥行210mm×高さ1000mm以内のキャビネットと下段に外形寸法幅1630mm×奥行750mm×高さ900mm以内のキャビネットで構成されていること。

1-50-1-3. キャビネット下段には樹脂製引き出しが備わっていること。

1-50-1-4. キャビネット上段には、外形寸法幅1630mm×奥行210mm×高さ350mm以内のステンレス枠が備わっていること。

1-50-1-5. キャビネット上段には、オープン型トレイがあり、1コマ当たりの内形寸法は幅80mm×奥行170mm×高さ120mm以内で90コマ以上あること。

1-50-1-6. キャビネット下段には、A2版の内形寸法がある引き出しが備わっていること。

1-50-1-7. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。

1-50-1-8. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。

1-50-1-9. 引き出し用のレールは、引き出しがフルオープン出来る機構であること。

1-50-1-10. キャビネット上段、下段の樹脂製枠には引き出しの脱落防止のためのストッパーが備わっていること。

1-50-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

1-50-2-1. キャビネット下段の引き出しの構成は、内形寸法幅700mm×奥行500mm×高さ300mm以内×1個、幅700mm×奥行500mm×高さ150mm以内×4個、幅700mm×奥行500mm×高さ90mm以内×3個であること。

1-50-2-2. キャビネット下段の引き出しには脱落防止機能・着脱機能が備わっていること。

1-50-2-3. 引き出しの色ブルー、ピーチなど少なくとも2色以上有していること。

1-50-2-4. ピーチ、ブルー各色の材質はABS（持続性帯電防止樹脂）であること。

1-50-2-5. 引き出し内は、仕切り板で細分化が出来ること。

1-51. 薬品棚（金庫付き）は、以下の要件を満たすこと。

1-51-1. キャビネット本体は、以下の要件を満たすこと。

- 1-51-1-1. 本体の外形寸法は、幅800mm×奥行550mm×高さ1800mm以内であること。
- 1-51-1-2. 本体は、上段に外形寸法幅800mm×奥行210mm×高さ900mm以内のキャビネットと下段に外形寸法幅800mm×奥行550mm×高さ900mm以内のキャビネットで構成されていること。
- 1-51-1-3. キャビネット上段、下段には樹脂製引き出しが備わっていること。
- 1-51-1-4. キャビネット上段には、外形寸法幅800mm×奥行210mm×高さ350mm以内のステンレス枠が備わっていること。
- 1-51-1-5. キャビネット下段には、ガイドレールが17段以上備わった枠が2列×2段で構成されていること。
- 1-51-1-6. キャビネット下段には、薬品保管が収納可能な扉タイプであること。
- 1-51-1-7. キャビネット上段、下段の樹脂製枠にはそれぞれが連結ミゾを備えていること。
- 1-51-1-8. キャビネット下段の引き出しは、同じサイズの引き出しで収納位置を自在に移動、調整できること。
- 1-51-1-9. 天板の厚み（高さ）は、25mm以上であること。
- 1-51-1-10. 天板の表面は、傷がつきにくく耐薬品性に優れている抗ウイルス抗菌メラミン樹脂加工が施されていること。
- 1-51-1-11. キャビネット上段、下段の樹脂製枠には引き出しの脱落防止のためのストッパーが備わっていること。

1-51-2. 引き出しは、以下の要件を満たすこと。

- 1-51-2-1. キャビネット上段の引き出しの構成は、内形寸法幅130mm×奥行190mm×高さ60mm以内×12個、幅230mm×奥行190mm×高さ130mm以内×3個、幅130mm×奥行190mm×高さ100mm以内×16個であること。
- 1-51-2-2. キャビネット下段の引き出しの構成は、内形寸法幅360mm×奥行480mm×高さ320mm以内×1個、幅360mm×奥行480mm×高さ160mm以内×2個、幅360mm×奥行480mm×高さ110mm以内×2個、幅360mm×奥行480mm×高さ60mm以内×2個であること。
- 1-51-2-3. キャビネット下段の引き出しには脱落防止機能が一体成形で備わっていること。
- 1-51-2-4. 引き出しの色は透明、アンバーなど少なくとも2色以上有していること。
- 1-51-2-5. 透明、アンバー各色の材質は軽量で電気絶縁性が高いスチロール樹脂であること。

1-51-3. 薬品保管庫は、以下の要件を満たすこと。

- 1-51-3-1. 薬品保管庫は、1枚扉仕様×1個、引き出し2枚仕様×2個備わっていること。
- 1-51-3-2. 1枚扉仕様の薬品保管庫の内部には、棚板が1枚備わっていること。

- 1-51-3-3. 各薬品保管庫の外形寸法は、幅300mm×奥行410mm×高さ280mm以内であること。
- 1-51-3-4. 1枚扉・引き出しの鍵はシリンダー錠であること。
- 1-51-3-5. 1枚扉はオートロック仕様であること。

(性能、機能以外の要件)

- 2. 搬入・設置条件及び調整等に関しては、以下の要件を満たすこと。
 - 2-1 機器搬入及び据え付けにあたっては、スケジュール表を事前に提出し、当院担当者に承認を得るものとする。又、別途指示があった場合はその指示に従うこと。
 - 2-2 調達物品の設置にあたっては、当院の設置条件に照らし合わせて、電気（分電盤）容量、建築基準、消防法等関連法規に抵触しないよう予め確認すること。
 - 2-3 落札後、機器設置に際して一次側設備に変更・追加が必要な場合には、必要書類を速やかに提出するとともに、当院担当者、工事監督員、設計監理者及び施工業者との連携を密にし、機器設置（導入）に係わる必要事項について詳細な打ち合わせを行うこと。
 - 2-4 取り付け及び付帯など二次側工事については、落札業者の負担とする。
 - 2-5 入据付に際し、建物等に損害を与えた場合、或いは汚した場合は、速やかに当院担当者に報告し自己の責任において現状復帰、清掃を行いその承諾を得ること。
 - 2-6 搬入、据付、調整、テスト稼働については、診療業務に支障をきたさないよう落札業者が当院担当者と協議の上、その指示を受けること。
 - 2-7 機器搬入にあたっては、その搬入経路の壁・床等必要な個所の養生等を施すこと。又、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。
- 3. サービス体制・保守体制に関しては、以下の要件を満たすこと。
 - 3-1 本装置の円滑な運用を実現するための点検、調整および技術的サポートを行える体制を有すること。
 - 3-2 通常使用による故障については、納入後1年間は無償補償に応じること。
 - 3-3 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有することを証明すること。
 - 3-4 事故・問題が発生した場合は、当院へ速やかに報告し対応すること。

4. 導入に伴う稼働準備及び運用・教育体制に関しては、以下の要件を満たすこと。

4-1 機器の納品検収後、当院関係職員に対して使用説明及び訓練を実施し、その技術を習得できるよう十分な指導をすること。

4-2 機器稼働時に技術者を派遣立会いさせ、機器の稼働性能を確認するとともに病院関係職員の使用操作に対し随時指導することとし、その期間は状況により、当院担当者と協議すること。

5. その他

5-1 納入期限内に当院が指定した場所に設置し、安定した稼働が可能であること。

5-2 調達物品の規格、寸法等の仕様がわかるものを提出すること。

5-3 調達物品の取扱については、当院関係職員に対して十分な説明を行うこと。

5-4 日本語の取扱マニュアルを紙媒体または電子媒体にて提出すること。